

<b>Struttura sanitaria</b>	Azienda Ospedaliera		
<b>Operatore</b>	Praderio Maria Vittoria		
<b>Periodo rilevazione</b>	Agosto 2007		
Limiti di legge D.M. 2/8/1991	Tempo massimo giornaliero (minuti)	milliTesla	Rispetto dei limiti di legge
<b>Corpo intero</b>	<b>60</b>	<b>200</b>	<b>SI</b>
<b>Corpo intero</b>	<b>15</b>	<b>2000</b>	<b>SI</b>

Intervallo (mT)	Totale minuti di esposizione	% tempo di permanenza
<b>0 - 100</b>	<b>3349</b>	<b>99%</b>
<b>101 - 160</b>	<b>10</b>	<b>0%</b>
<b>160 - 200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>201 - 400</b>	<b>9</b>	<b>0%</b>
<b>401 - 600</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
<b>601 - 800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>801 - 1000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1001 - 1200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1201 - 1400</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>1401 - 2000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>&gt; 2000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Totale</b>	<b>3369</b>	<b>100%</b>

